

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ METOD

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE DLA SANEPIDU - STANDARD

| Parametr | Akredytacja | Norma | Metoda | Jednostka | Zakres akredytacji |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| Badania bakteriologiczne | | | | | |
| E. coli | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | Filtracja membranowa | jtk/100 ml | - |
| Bakterie gr. Coli | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | Filtracja membranowa | jtk/100 ml | - |
| Enterokoki (Paciorkowce kałowe) | A | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Filtracja membranowa | jtk/100 ml | - |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | A | PN-EN ISO 6222:2004 | Płytkowa, posiew wgłębny | jtk/1ml | - |

LEGENDA:

Parametr - nazwa oznaczanego wskaźnika raportowana na sprawozdaniu z badań. Norma - numer normy lub procedury badawczej opisującej sposób wykonania badania. Metoda - nazwa techniki badawczej. Jednostka - jednostka miary służąca ilościowemu/jakościowemu określeniu stężenia/zawartości oznaczanego wskaźnika. Zakres akredytacji - przedział stężeń w którym wyniki raportowane są jako akredytowane oraz z określoną precyzją i poprawnością. Uwaga - wyniki badań mają charakter informacyjny i nie powinny być wykorzystane w ocenie zgodności z wymaganiami przepisów prawa. Opis skrótów:

- Metody badawcze oznaczone literą A posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.
- Metody badawcze oznaczone literą P posiadają zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-WSP.9011.3.81.2021 z dnia 11.06.2021.
- Metody badawcze oznaczone literą N są metodami nieakredytowanymi (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 700).
- Metody badawcze oznaczone literami NR - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników.
- Metody badawcze oznaczone literami R - są metodami referencyjnymi przywołanymi w przepisach prawa
- Rezultaty badań przedstawione jako wartość pomiaru wykraczająca poza akredytowany zakres metody, zostały podkreślone i przedstawione w nawiasie. Wartość ta jest informacją o rezultacie badania
- Badania przedstawione czcionką pochylą wykonano w laboratorium posiadającym akredytację i/lub zatwierdzenie PPIS znajdującym się na liście podwykonawców Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.. Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS został przywołany w tabeli z wynikami badań w kolumnie Metoda badań.