

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ METOD

NOWE ODCINKI SIECI RUROCIĄGI

Parametr	Akredytacja	Norma	Metoda	Jednostka	Zakres akredytacji
Badania bakteriologiczne					
E. coli	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	Filtracja membranowa	jtk/100 ml	-
Bakterie gr. Coli	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	Filtracja membranowa	jtk/100 ml	-
Enterokoki (Paciorkowce kałowe)	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	Filtracja membranowa	jtk/100 ml	-
Clostridium perfringens	A	PN-EN ISO 14189:2016-10	Metoda filtracji membranowej	jtk/100 ml	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	A	PN-EN ISO 6222:2004	Plytkowa, posiew wgłębny	jtk/1ml	-
Wskaźniki fizyczno-chemiczne					
Żelazo	A	PN-EN ISO 11885:2009	ICP-OES	mg/l	0,020-5,00

LEGENDA:

Parametr - nazwa oznaczanego wskaźnika raportowana na sprawozdaniu z badań. Norma - numer normy lub procedury badawczej opisującej sposób wykonania badania. Metoda - nazwa techniki badawczej. Jednostka - jednostka miary służąca ilościowemu/jakościowemu określeniu stężenia/zawartości oznaczanego wskaźnika. Zakres akredytacji - przedział stężeń w którym wyniki raportowane są jako akredytowane oraz z określoną precyzją i poprawnością. Uwaga - wyniki badań mają charakter informacyjny i nie powinny być wykorzystane w ocenie zgodności z wymaganiami przepisów prawa. Opis skrótów:

- Metody badawcze oznaczone literą A posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.
- Metody badawcze oznaczone literą P posiadają zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-WSP.9011.3.81.2021 z dnia 11.06.2021.
- Metody badawcze oznaczone literą N są metodami nieakredytowanymi (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 700).
- Metody badawcze oznaczone literami NR - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników.
- Metody badawcze oznaczone literami R - są metodami referencyjnymi przywołanymi w przepisach prawa
- Rezultaty badań przedstawione jako wartość pomiaru wykraczającą poza akredytowany zakres metody, zostały podkreślone i przedstawione w nawiasie. Wartość ta jest informacją o rezultacie badania
- Badania przedstawione czcionką pochylą wykonano w laboratorium posiadającym akredytację i/lub zatwierdzenie PPIS znajdującym się na liście podwykonawców Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.. Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS został przywołany w tabeli z wynikami badań w kolumnie Metoda badań.